

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca odchylenia pomiędzy systemami ADVIA Centaur CP i ADVIA Centaur/XP/XPT w przypadku testu CA 19-9

Wysłane przez andkar w Pią, 25/11/2016 - 16:14

Załącznik:  [FSN_Siemens Healthcare Diagnostics_25.11.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-odchylenia-pomi%C4%99dzy-systemami>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthcare%20Diagnostics_25.11.2016.pdf