

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca interakcji I

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca interakcji DHEA-S z testami ADVIA Centaur Progesteron, Dimension Vista LOCI Progesteron, IMMULITE / IMMULITE 1000 Progesteron, IMMULITE 2000 Progesteron

Wysłane przez beakoz w Śro, 08/02/2017 - 14:26

Załącznik:  [FSN_Siemens_8.02.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-inc-dotycz%C4%85ca-interakcji-dhea-s-z>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_8.02.2017_0.pdf