

Notatka bezpieczeństwa firmy Endologix dotycząca zawieszenia certyfikatu CE 29744/29731 dla systemu wewnątrznaczyniowego AFX Endovascular AAA System oraz zalecenia przeprowadzenia kontroli pacjentów

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 01/03/2017 - 09:26

Załącznik:  [FSN_Endologix_28.02.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-endologix-dotycz%C4%85ca-zawieszenia-certyfikatu-ce-2974429731-dla-systemu>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Endologix_28.02.2017_0.pdf