

Specjalne wytyczne dotyczące postępowania: FIOŁKI zawierające produkt ERWINASE® z SERII 185G* należy stosować z igłami z filtrem 5 mikronów

Wysłane przez admin w Pią, 15/12/2017 - 08:51

Załącznik:  [PL-DHCP letter-Batch 185.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/specjalne-wytyczne-dotycz%C4%85ce-post%C4%99powania-fiolki-zawieraj%C4%85ce-produkt-erwinase%C2%AE-z-serii-185g-nale%C5%BCy>

Odnosińki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/PL-DHCP%20letter-Batch%20185.pdf>