

Notatka bezpieczeństwa (CC 18-05.A.OUS) firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotyczą

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (CC 18-05.A.OUS) firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca interferencji ze strony biotyny w testach Cyklosporyna, DHEA-SO4, Kwas foliowy oraz HBcIgM

Wysłane przez admin w Pią, 19/01/2018 - 13:29

Załącznik:  [FSN_Siemens_19.01.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-cc-18-05aous-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-interferencji-ze>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_19.01.2018.pdf