

Notatka bezpieczeństwa (FMI 70219) firmy GE Healthcare dotycząca wymiany kabla zasilającego

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FMI 70219) firmy GE Healthcare dotycząca wymiany kabla zasilającego w systemach ultrasonograficznych LOGIQ 9, LOGIQ E9, Vivid 7, Vivid E7, Vivid E9, Vivid E80, Vivid E90 oraz Vivid E95

Wysłane przez admin w Pon, 23/04/2018 - 13:11

Załącznik:  [FSN_GE Healthcare_23.04.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fmi-70219-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-wymiany-kabla-zasilaj%C4%85cego-w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_23.04.2018.pdf