

OZURDEX® 700 mikrogramów, implant do ciała szklanego (deksametazon): podczas kontroli wykryto cząsteczkę silikonu w implantach; aktualizacja z dnia 31.10.2018.

Wysłane przez admin w Pią, 19/10/2018 - 13:11

Załącznik:  [Ozurdex_DHCP letter.pdf](#) [1]

 [Ozurdex_DHCP letter aktualizacja z dnia 31.10.2018.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/ozurdex%C2%AE-700-mikrogram%C3%B3w-implant-do-cia%C5%82a-szklanego-deksametazon-podczas-kontroli-wykryto-0>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Ozurdex_DHCP%20letter_0.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Ozurdex_DHCP%20letter_aktualizacja%20z%20dnia%2031.10.2018.pdf