

Notatka bezpieczeństwa firmy Leica Biosystems dotycząca zasilaczy drukarek ZEBRA wyp

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Leica Biosystems dotycząca zasilaczy drukarek ZEBRA wyprodukowanych między 1 października 2006 r. a 31 grudnia 2012 r., stosowanych w automatycznych aparatach do barwień immunohistochemicznych (model BOND-III i BOND-MAX)

Wysłane przez admin w Czw, 08/11/2018 - 15:50

Załącznik:  [FSN_Leica_8.11.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-leica-biosystems-dotycz%C4%85ca-zasilaczy-drukarek-zebra-wyprodukowanych>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Leica_8.11.2018.pdf