

Notatka bezpieczeństwa (MA-2018-012) firmy Carestream Health dotycząca systemów rentgenowskich KODAK DirectView DR 7500, numery seryjne 0100 - 0944

Wysłane przez admin w Czw, 22/11/2018 - 15:55

Załącznik:  [FSN_Carestream_22.11.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ma-2018-012-firmy-carestream-health-dotycz%C4%85ca-system%C3%B3w-rentgenowskich-kodak>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Carestream_22.11.2018.pdf