

Notatka bezpieczeństwa (FMI 74075, 74076) firmy GE Healthcare dotycząca wzrostu temp

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FMI 74075, 74076) firmy GE Healthcare dotycząca wzrostu temperatury na powierzchni głowicy sondy w przypadku użycia ultrasonografów LOGIQ P6 model BT07 i BT09 z sondami E8C, E8CS, BE9C, BE9CS, 4DE7C, i12L, 8C, 4D8C, 7S, 5S i 5S

Wysłane przez admin w Czw, 31/01/2019 - 16:20

Załącznik:  [FSN_GE Healthcare_31.01.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fmi-74075-74076-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-wzrostu-temperatury-na>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_31.01.2019.pdf