

**Notatka bezpieczeństwa (FSCA 4280-1) firmy bioMérieux
dotycząca zwiększonego ryzyka otrzymywania wyników fałszywie
dodatnich dla Campylobacter oraz Cryptosporidium przy użyciu
panelu BioFire FilmArray Gastrointestinal (GI) (nr kat. RFIT-
ASY-0104)**

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 12/04/2019 - 15:16

Załącznik:  [FSN_Biomerieux_12.04.2109.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsca-4280-1-firmy-biom%C3%A9rieux-dotycz%C4%85ca-zwi%C4%99kszonego-ryzyka-otrzymywania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Biomerieux_12.04.2109.pdf