

Notatka bezpieczeństwa (FMI 10927) firmy GE Healthcare dotycząca możliwości spadnięcia

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FMI 10927) firmy GE Healthcare dotycząca możliwości spadnięcia starszych monitorów CRT — Prestige II, Prestige VH, Prestige SI, Prestilix 1600X, Precision 500D, Flexmed, PROTEUS XR/A i SILHOUETTE VR

Wysłane przez admin w Śro, 08/05/2019 - 16:12

Załącznik:  [FSN_GE_8.05.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fmi-10927-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-mo%C5%B4liwo%C5%9Bci-spadni%C4%99cia-starszych>

Odnosińiki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_8.05.2019.pdf