

Notatka bezpieczeństwa (01/2019) firmy EMED Sp. z o.o. dotycząca ryzyka braku kompatybilności

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (01/2019) firmy EMED Sp. z o.o. dotycząca ryzyka braku kompatybilności RF aparatu elektrochirurgicznego do artroskopii (ref. 11010042) i jednorazowych, bipolarnych elektrod, których wytwórcą jest MEDEVO s.r.o.

Wysłane przez admin w Czw, 30/05/2019 - 15:14

Załącznik:  [FSN_EMED_30.05.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-012019-firmy-emed-sp-z-oo-dotycz%C4%85ca-ryzyka-braku-kompatybilno%C5%9Bci-rf-aparatu>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_EMED_30.05.2019.pdf