

**Notatka bezpieczeństwa (618-01-303-028) firmy Elekta (Medical Intelligence Medizintechnik) dotycząca nieprawidłowego żądania wykonania niepotrzebnego skanu weryfikacyjnego w oprogramowaniu iGUIDE DE w wersji 2.2.0-2.2.2**

Wysłane przez admin w Czw, 25/07/2019 - 16:19

**Załącznik:**  [FSN\\_Elekta\\_25.07.2019.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-618-01-303-028-firmy-elekta-medical-intelligence-medizintechnik-dotycz%C4%85ca>

**Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Elekta\\_25.07.2019.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Elekta_25.07.2019.pdf)