

Notatka bezpieczeństwa (FSN_2_2019) firmy EMED dotycząca błędnych, połowicznych parametrów rutynowego procesu sterylizacji zapisanych w instrukcji używania szczypiec bipolarnych, nr. ref. 605-002, 605-029, 605-039

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 21/08/2019 - 15:36

Załącznik:  [FSN_EMED_21.08.2019.pdf](#) [1]

 [Instrukcja używania_EMED_21.08.2019.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn22019-firmy-emed-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99dnych-po%C5%82owicznych-parametr%C3%B3w-rutynowego>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_EMED_21.08.2019.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Instrukcja%20u%C5%BCywania_EMED_21.08.2019.pdf