

Notatka bezpieczeństwa (FSN86000260A) firmy Philips dotycząca problemu z uruchomieniem

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN86000260A) firmy Philips dotycząca problemu z uruchomieniem monitora/defibrylatora Efficia DFM100

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 27/09/2019 - 15:30

Załącznik:  [FSN_Philips_27.09.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn86000260a-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-problemu-z-uruchomieniem>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_27.09.2019.pdf