

Notatka bezpieczeństwa (FSN86400028A) firmy Philips Healthcare dotycząca wymiany kabli kombinowanych/zestawów 3 lub 5 odprowadzeń Efficia z powodu ryzyka porażenia prądem lub niewykonania defibrylacji

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 19/02/2020 - 16:11

Załącznik:  [FSN_Philips_19.02.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn86400028a-firmy-philips-healthcare-dotycz%C4%85ca-wymiany-kabli>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_19.02.2020.pdf