

Notatka bezpieczeństwa (ACHC-20-02.A.OUS) firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca interferencji eltrombopagu z testami do oznaczania bilirubiny bezpośredniej (DBil_2) oraz bilirubiny całkowitej (TBil_2) na analizatorze Atellica CH

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 10/03/2020 - 13:16

Załącznik:  [FSN_Siemens2_10.03.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-achc-20-02aous-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-interferencji>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens2_10.03.2020.pdf