

Notatka bezpieczeństwa (ACHC-20-02.A.CHC) firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca interferencji Eltrombopagu z testami do oznaczania bilirubiny bezpośredniej (DBIL_2) oraz bilirubiny całkowitej (TBIL_2), stosowanymi z systemami ADVIA Chemistry

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 10/03/2020 - 13:17

Załącznik:  [FSN_Siemens3_10.03.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-achc-20-02achc-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-interferencji>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens3_10.03.2020.pdf