

Notatka bezpieczeństwa (FMI 32075) firmy GE Healthcare dotycząca emisji odoru podczas

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FMI 32075) firmy GE Healthcare dotycząca emisji odoru podczas ładowania akumulatora urządzenia Giraffe Shuttle

Wysłane przez admin w Wto, 28/04/2020 - 13:32

Załącznik:  [FSN_GE_Healthcare_28.04.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fmi-32075-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-emisji-odoru-podczas-%C5%82adowania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_28.04.2020.pdf