

**Notatka bezpieczeństwa (RA2020 - 2329946) firmy Stryker
dotycząca nieszczelności opakowań elektrod dla
niemowląt/dzieci z niższą dawką energii do defibrylatorów
LIFEPAK 1000, LIFEPAK 500 oraz LIFEPAK CR Plus/EXPRESS**

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 10/06/2020 - 11:48

Załącznik:  [FSN_Stryker_10.06.2020.pdf](#) [1]

 [FSN_Stryker_10.06.2020_dystrybutorzy.pdf](#) [2]

 [Formularz potwierdzenia_Stryker_10.06.2020.pdf](#) [3]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ra2020-2329946-firmy-stryker-dotycz%C4%85ca-nieszczelno%C5%9Bci-opakowa%C5%84-elektrod-dla>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Stryker_10.06.2020.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Stryker_10.06.2020_dystrybutorzy.pdf

[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20potwierdzenia_Stryker_10.06.2020.pdf