

Notatka bezpieczeństwa (FSN86100224A) firmy Philips Healthcare dotycząca braku kołnierza

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN86100224A) firmy Philips Healthcare dotycząca braku kołnierza stabilizującego złącze kabla defibrylacyjnego w monitorach/defibrylatorach Efficia DFM100

Wysłane przez admin w Wto, 15/09/2020 - 15:08

Załącznik:  [FSN_Philips_15.09.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn86100224a-firmy-philips-healthcare-dotycz%C4%85ca-braku-ko%C5%82nierza>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_15.09.2020.pdf