

Notatka bezpieczeństwa (Sysmex 20-002 A OUS) firmy Siemens Healthcare Diagnostics Products dotycząca potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia próbek przez lek emicizumab w automatycznym analizatorze Sysmex do badania krzepliwości krwi

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 09/10/2020 - 16:39

Załącznik:  [FSN_Siemens_9.10.2020.pdf](#) [1]

 [Załącznik 1_Sysmex_9.10.2020.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-sysmex-20-002-ous-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-products-dotycz%C4%85ca>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_9.10.2020_0.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%201_Sysmex_9.10.2020.pdf