

Notatka bezpieczeństwa (FSCA 5087) firmy bioMérieux dotycząca testów VIDAS CMV IgM

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSCA 5087) firmy bioMérieux dotycząca testów VIDAS CMV IgM, nr kat. 30205, nr serii 1008182270, 1008143230, 1008363970, 1008433580

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 09/03/2021 - 15:42

Załącznik:  [FSN_bioMerieux_9.03.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsca-5087-firmy-biom%C3%A9rieux-dotycz%C4%85ca-test%C3%B3w-vidas-cmv-igm-nr-kat-30205-nr>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_bioMerieux_9.03.2021.pdf