

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000464) firmy Teleflex Medical dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii przezroczystych rurek dotchawiczych RUSCHELIT Super Safety

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 11/05/2021 - 10:33

Załącznik:  [FSN_Teleflex_11.05.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-eif-000464-firmy-teleflex-medical-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_11.05.2021.pdf