

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (Sysmex 20-002 B OUS) firmy Siemens Healthcare Diagnostics Products dotyczącej potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia próbek przez lek emicizumab w automatycznym analizatorze Sysmex do badania krzepliwości krwi

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 14/10/2021 - 09:40

Załącznik:  [FSN_Siemens_13.10.2021.pdf](#) [1]

 [Załącznik 1_Sysmex_13.10.2021.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/aktualizacja-notatki-bezpiecze%C5%84stwa-sysmex-20-002-b-ous-firmy-siemens-healthcare-diagnostics>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_13.10.2021.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%201_Sysmex_13.10.2021.pdf