

Notatka bezpieczeństwa (211014) firmy Oticon Medical dotycząca wycofania z obrotu i z u

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (211014) firmy Oticon Medical dotycząca wycofania z obrotu i z używania implantów ślimakowych Oticon Medical Neuro Zti EVO oraz Neuro Zti CLA, z określonymi numerami seryjnymi

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 10/11/2021 - 09:39

Załącznik:  [FSN_Oticon_10.11.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-211014-firmy-oticon-medical-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Oticon_10.11.2021.pdf