

Notatka bezpieczeństwa firmy Werfen dotycząca bezpieczeństwa używania analizatorów: A

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Werfen dotycząca bezpieczeństwa używania analizatorów: ACL TOP 300 CTS/350 CTS/500 CTS/550 CTS/970 CL z odczynnikami HemosIL Liquid Anti-Xa, HemosIL Liquid Antithrombin i HemosIL Q.F.A. Thrombin (Bovine)

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 09/08/2022 - 15:47

Załącznik:  [FSN_Werfen_2022_07_14.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-werfen-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa-u%C5%BCywania-analizator%C3%B3w-acl-top-300>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Werfen_2022_07_14.pdf