

Notatka bezpieczeństwa firmy Zoll Circulation dotycząca wymiennych akumulatorów litow

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Zoll Circulation dotycząca wymiennych akumulatorów litowo-jonowych do platformy AutoPulse (AP) model 100 (model: 8700-0752) o nr seryjnych od 06530 do 13184.

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 05/10/2022 - 15:05

Załącznik:  [FSN_Zoll_akumulatory_do_AP_100_2022_09_30.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-zoll-circulation-dotycz%C4%85ca-wymiennych-akumulator%C3%B3w-litowo-jonowych-do>

Odnosińki

[1]
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Zoll_akumulatory_do_AP_100_2022_09_30.pdf