

Notatka bezpieczeństwa (FA1266) firmy Medtronic dotycząca wyświetlania komunikatu „Unexpected Device Error Code 1502” przez aplikację Vanta™ Clinician Programmer A71200, wer. 2.0.2455 przy programowaniu wszczepialnego neurostymulatora Vanta™ model 9770

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 16/11/2022 - 16:19

Załącznik:  [FSN_Medtronic_2022_11_FA1266.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa1266-firmy-medtronic-dotycz%C4%85ca-wy%C5%9Bwietlania-komunikatu-%E2%80%9EUnexpected-device>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_2022_11_FA1266.pdf