

Notatka bezpieczeństwa (2022-PD-MR-012) firmy Philips dotycząca ryzyka nagrzewania s

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (2022-PD-MR-012) firmy Philips dotycząca ryzyka nagrzewania się cewki gradientowej w systemach Ingenia Elition X, Ingenia Elition S, SmartPath to Ingenia Elition X, MR 7700 oraz Upgrade to MR 7700

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 14/12/2022 - 09:57

Załącznik:  [FSN_Philips_2022_12_05_2022-PD-MR-012.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2022-pd-mr-012-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-ryzyka-nagrzewania-si%C4%99-cewki>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2022_12_05_2022-PD-MR-012.pdf