

Notatka bezpieczeństwa firmy ConvaTec dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii cewników ssących z końcówką Vacutip, w tym trójników typu Y oraz cewników ssących z lejkiem, o rozmiarach CH04-CH07.

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy ConvaTec dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii cewników ssących z końcówką Vacutip, w tym trójników typu Y oraz cewników ssących z lejkiem, o rozmiarach CH04-CH07.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 16/12/2022 - 15:32

Załącznik:  [FSN_ConvaTec_2022_12_13.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-convatec-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania-okre%C5%9Blonych-partii>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ConvaTec_2022_12_13.pdf