

Notatka bezpieczeństwa (FA1292) firmy Medtronic dotycząca wysyłania komunikatu „Konieczna aktualizacja systemu, kod serwisu 303” przez aplikację programatora klinicysty Vanta™ A71200, wer. 2.0.2455.

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FA1292) firmy Medtronic dotycząca wysyłania komunikatu „Konieczna aktualizacja systemu, kod serwisu 303” przez aplikację programatora klinicysty Vanta™ A71200, wer. 2.0.2455.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 16/12/2022 - 15:37

Załącznik:  [FSN_Medtronic_2022_11_30.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa1292-firmy-medtronic-dotycz%C4%85ca-wysy%C5%82ania-komunikatu-%E2%80%9Ekonieczna-aktualizacja>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_2022_11_30.pdf