

Notatka bezpieczeństwa (CL2022-298a_EU) firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca możliwości uzyskania wyników fałszywie dodatnich w analizatorach ORTHO® VISION i ORTHO® VISION Max

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 12/01/2023 - 15:51

Załącznik:  [FSN_Ortho Clinical Diagnostics_2022_01_02.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-cl2022-298aeu-firmy-ortho-clinical-diagnostics-dotycz%C4%85ca-mo%C5%B4liwo%C5%9Bci-uzyskania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho%20Clinical%20Diagnostics_2022_01_02.pdf