

Notatka bezpieczeństwa (GEHC 76194) firmy GE Healthcare informująca o obowiązku okresowej wymiany baterii w niektórych systemach Vivid S5, Vivid S5 N, Vivid S6, Vivid S6 N, Vivid i, Vivid i N, Vivid q, Vivid q N

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 19/01/2023 - 13:59

Załącznik:  [FSN_GE Healthcare_2023_01_09_GEHC 76194.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-gehc-76194-firmy-ge-healthcare-informuj%C4%85ca-o-obowi%C4%85zku-okresowej-wymiany>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_2023_01_09_GEHC%2076194.pdf