

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (2022-PD-MR-012) firmy Philips dotyczącej ryzyka n

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (2022-PD-MR-012) firmy Philips dotyczącej ryzyka nagrzewania się cewki gradientowej w systemach Ingenia Elition X, Ingenia Elition S, SmartPath to Ingenia Elition X, MR 7700 oraz Upgrade to MR 7700

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 09/02/2023 - 15:29

Załącznik:  [FSN_Philips_2023_01_27_aktualizacja.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/aktualizacja-notatki-bezpiecze%C5%84stwa-2022-pd-mr-012-firmy-philips-dotycz%C4%85cej-ryzyka-nagrzewania-si%C4%99>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2023_01_27_aktualizacja.pdf