

Notatka bezpieczeństwa firmy Maquet Critical Care AB dotycząca wadliwego działania ala

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Maquet Critical Care AB dotycząca wadliwego działania alarmu wysokiego ciśnienia systemów do znieczulenia Flow (Flow-i, Flow-c, Flow-e) z wersją oprogramowania 4.8

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 17/02/2023 - 14:17

Załącznik:  [FSN_MAQUET_CRITICAL_CARE_AB_2022-12-16MX-8773 - MCC_22_010_IU.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_MAQUET_CRITICAL_CARE_AB_2022-12-16MX-8773_-_MCC_22_010_IU.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-maquet-critical-care-ab-dotycz%C4%85ca-wadliwego-dzia%C5%82ania-alarmu-wysokiego>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_MAQUET%20CRITICAL%20CARE%20AB_2022-12-16MX-8773%20-%20MCC_22_010_IU.pdf