

Notatka bezpieczeństwa (96993356-FA) firmy Boston Scientific dotycząca wycofania z pow

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (96993356-FA) firmy Boston Scientific dotycząca wycofania z powodu możliwego naruszenia bariery sterylnej określonych serii cewnika ablacyjnego INTELLANAV STABLEPOINT™

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 14/04/2023 - 16:18

Załącznik:  [FSN_Boston Scientific_2023_03.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-96993356-fa-firmy-boston-scientific-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-powodu-mo%C5%BCliwego>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston%20Scientific_2023_03.pdf