

**Notatka bezpieczeństwa2023-CC-HPM-004 firmy Philips
dotycząca monitora parametrów życiowych EarlyVue VS30 nr
kat. 863359 i monitora pacjenta EarlyVue VS30 nr kat. 863380 .
Brak alarmu informującego o konieczności kalibracji.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 14/04/2023 - 16:19

Załącznik:  [FSN_Philips_2023_03_24_EarlyVue VS30.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa2023-cc-hpm-004-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-monitora-parametr%C3%B3w-%C5%BCyciowych-earlyvue>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2023_03_24_EarlyVue%20VS30.pdf