


Notatka bezpieczeństwa (2023-CC-SRC-003) firmy Philips dotycząca gromadzenia się zanieczyszczeń zewnętrznych na czujniku urządzenia w respiratorach Trilogy Evo, Trilogy Evo O2, Trilogy Evo Universal oraz Trilogy EV300

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 27/04/2023 - 16:59

Załącznik:  [FSN_Philips_2023_04_18_2023-CC-SRC-003.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2023-cc-src-003-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-gromadzenia-si%C4%99-zanieczyszcze%C5%84>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2023_04_18_2023-CC-SRC-003.pdf