

Notatka bezpieczeństwa (1/2023) firmy Polfa Lublin dotycząca wycofania z obrotu i z używ

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (1/2023) firmy Polfa Lublin dotycząca wycofania z obrotu i z używania nieoznakowanych numerem serii i datą ważności przyrządów do infuzji IS (nr kat. 110100).

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 12/05/2023 - 14:01

Załącznik:  [FSN_Polfa_Lublin_2023_04_14.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-12023-firmy-polfa-lublin-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Polfa%20Lublin_2023_04_14.pdf