

Notatka bezpieczeństwa (2023-PD-DXR-008) firmy Philips dotycząca niemożności ponownego

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (2023-PD-DXR-008) firmy Philips dotycząca niemożności ponownego zalogowania się po wylogowaniu do programu MobileDiagnost wDR uruchomionego w oparciu o system operacyjny Windows 10.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 02/06/2023 - 14:52

Załącznik:  [FSN_PHILIPS_2023-05-30_2023-PD-DXR-008.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2023-pd-dxr-008-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-niemo%C5%BCno%C5%9Bci-ponownego-zalogowania-si%C4%99>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PHILIPS_2023-05-30_2023-PD-DXR-008.pdf