

Notatka bezpieczeństwa (AX012/23/S) firmy Siemens informująca o konieczności wymiany

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (AX012/23/S) firmy Siemens informująca o konieczności wymiany osłony monobloku w systemie Cios Select VA21 z detektorem płaskim i o zasadach używania wyrobu do czasu jej przeprowadzenia.

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 15/06/2023 - 16:12

Załącznik:  [FSN_SIEMENS_2023-05_AX012_23_S.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ax01223s-firmy-siemens-informuj%C4%85ca-o-konieczno%C5%9Bci-wymiany-os%C5%82ony-monobloku-w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_SIEMENS_2023-05_AX012_23_S.pdf