

Notatka bezpieczeństwa (SB_RDC_2023_02) firmy Roche Diabetes Care informująca o możliwości wyświetlania błędnych danych na ekranie „Dane bolusa” przez program zarządzania leczeniem cukrzycy Accu-Chek Solo

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 06/07/2023 - 15:52

Załącznik:  [FSN_Roche Diabetes Care_2023_05_02.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-sbrdc202302-firm-y-roche-diabetes-care-informuj%C4%85ca-o-mo%C5%B4liwo%C5%9Bci-wy%C5%9Bwietlania>

Odnosińki

[1]
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche%20Diabetes%20Care_2023_05_02.pdf