

Notatka bezpieczeństwa firmy Hamamatsu Photonics dotycząca przypisania nieprawidłow

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Hamamatsu Photonics dotycząca przypisania nieprawidłowego kodu kreskowego jako metadanej do preparatu cyfrowego w cyfrowym skanerze do mikroskopowego obrazowania preparatów NanoZoomer

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 21/07/2023 - 15:10

Załącznik:  [FSN_Hamamatsu Photonics_2023_04_17.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-hamamatsu-photonics-dotycz%C4%85ca-przypisania-nieprawid%C5%82owego-kodu>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Hamamatsu%20Photonics_2023_04_17.pdf