Notatka bezpieczeństwa (SBN-RDS-CoreLab-2023-003) firmy Roche Diagnostics dotycząca ryzyka przeniesienia z testów PT Rec i PT Rec (FII, FV, FVII, FX) do testów aPTT (aPTT, APTT Lupus i aPTT Screen) w analizatorach krzepnięcia cobas t 511 i cobas t 711

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 21/07/2023 - 15:11

Załącznik: FSN_Roche Diagnostics_2023_04_21.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-sbn-rds-corelab-2023-003-firmy-roche-diagnostics-dotycz%C4%85ca-ryzyka

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche%20Diagnostics_2023_04_21.pdf