

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ISIFA2023-05-C) firmy Intuitive Surgical, Inc. dotycząca ni

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ISIFA2023-05-C) firmy Intuitive Surgical, Inc. dotycząca nieprawidłowej daty ważności na zewnętrznym opakowaniu wysyłkowym obłożeń na ramię systemu da Vinci Xi/X, nr partii: DM3223602

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 07/11/2023 - 15:49

Załącznik:  [FSN_Intuitive Surgical_Inc._2023_10.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsnisifa2023-05-c-firmy-intuitive-surgical-inc-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owej-daty>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Intuitive%20Surgical_%20Inc._2023_10.pdf