

Notatka bezpieczeństwa (FA1367) firmy Medtronic dotycząca ryzyka wstrzymania podawania

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FA1367) firmy Medtronic dotycząca ryzyka wstrzymania podawania leku przez pompę SynchronMed II model 8637 podczas diagnostyki z użyciem rezonansu magnetycznego.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 22/12/2023 - 13:43

Załącznik:  [FSN_Medtronic_13.12.2023.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa1367-firmy-medtronic-dotycz%C4%85ca-ryzyka-wstrzymania-podawania-leku-przez>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_13.12.2023.pdf