

Notatka bezpieczeństwa (GE HealthCare nr ref: 87010) firmy GE HealthCare dotycząca błędów pomiaru urządzenia Dual Live Compare w systemach ultrasonograficznych bkActiv 2300.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 05/01/2024 - 16:01

Załącznik:  [FMI 87010_FSN_Polish_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ge-healthcare-nr-ref-87010-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99du-pomiaru>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI%2087010_FSN_Polish_PL.pdf