

Notatka bezpieczeństwa (ZFA2023-00275) firmy Zimmer Surgical Inc dotycząca wycofania

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (ZFA2023-00275) firmy Zimmer Surgical Inc dotycząca wycofania z obrotu i z używania, z powodu błędnego wzoru krawędzi, nośników do przeszczepów skóry Dermacarriers II 3:1 o numerach serii 65292843, 65390419.

Wysłane przez admin w Czw, 18/01/2024 - 15:37

Załącznik:  [ZFA2023-00275_EMEA Hospital FSN_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-zfa2023-00275-firmy-zimmer-surgical-inc-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z>

Odnosińki

[1]
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/ZFA2023-00275_EMEA%20Hospital%20FSN_PL.pdf